

Renhetsgradsklassificering

Klassificering	Användningsområde	Steril		Desinfekterad Flergångs	Icke-steril		Rengjord Flergångs
		Engångs	Flergångs		Engångs	Flergångs	
Kritisk	Produkter som penetrerar hud eller slemhinna, som genomströmmas av vätskor till/från områden som normalt är sterila samt implantat	✓	✓				
Semi-kritisk	Produkter som kommer i beröring med slemhinna eller skadad hud	✓	✓	✓			
Icke-kritisk	Produkter som endast berör intakt hud	✓	✓	✓	✓		✓

Steril

Produkt som genomgått en validerad steriliseringsprocess och har en oskadad förpackning som säkerställer att steriliteten bevaras.

Desinfekterad

Produkt eller yta som genomgått desinfektionsprocess enligt en specificerad metod, som är anpassad till säker återanvändning av föremålet eller ytan i ett visst sammanhang.

Icke-steril eller rengjord

- *Engångs*: Produkt som uppfyller kraven i MDR, kapitel II, punkt 11, dvs. är tillverkad, konstruerad och utformad på ett sådant sätt att risken för att patienterna och användarna infekteras har eliminerats eller minskats så långt det är möjligt.
- *Flergångs*: Produkt eller yta som är rengjord.

Referenser

[Vägledning för desinfektion i vården - NSG Patientsäkerhet, NAG Vårdhygien](#)

Baseras på 'The Spaulding Classification'